



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 1366

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 24 czerwca 2022 r.

#### **zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych**

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209) w załączniku do rozporządzenia w tabeli „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” dodaje się lp. 8 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *A. Niedzielski*

---

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 1366)

Lp.	Nazwa programu zdrowotnego	
8.	<b>Program badań przesiewowych raka jelita grubego</b>	
Zakres świadczenia gwarantowanego	Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych	
	Świadczeniobiorcy	Świadczeniodawcy
1	2	3
<p><b>Wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;</li> <li>2) usunięcie polipów wielkości do 15 mm;</li> <li>3) poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;</li> <li>4) wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,</li> <li>b) po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,</li> <li>c) które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;</li> </ol> </li> <li>5) ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.</li> </ol>	<p><b>1. Kryteria kwalifikacji</b> Osoby w wieku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 50–65 lat;</li> <li>2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.</li> </ol> <p><b>2. Kryteria wyłączenia</b> Osoby, u których:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;</li> <li>2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.</li> </ol>	<p><b>1. Tryb realizacji świadczenia</b> – ambulatoryjny.</p> <p><b>2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) personel: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub</li> <li>b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego,</li> <li>c) pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, uzyskany na podstawie standardów kształcenia, określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157),</li> <li>d) w przypadku kolonoskopii realizowanej w znieczuleniu ogólnym zapewnienie dodatkowego personelu: <ol style="list-style-type: none"> <li>– lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjo-</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>logii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pielęgniarki posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;</li></ul> <p>2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) co najmniej 2 kolonoskopy,</li><li>b) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów,</li><li>c) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa,</li><li>d) co najmniej 1 diatermia;</li></ul> <p>3) co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego w miejscu;</p> <p>4) dla kolonoskopii realizowanej w znieczuleniu ogólnym zapewnienie dodatkowego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:<ul style="list-style-type: none"><li>- źródło tlenu,</li><li>- zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,</li><li>- monitor wielofunkcyjny z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego (NIBP), pomiarem częstości pracy serca (HR), pomiarem wysycenia hemoglobiny tlenem (SPO2), pomiarem częstości oddechów (RR), pomiarem końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) (gabinet badań),</li><li>- ssak,</li><li>- defibrylator automatyczny lub ustawiany doraźnie,</li><li>- laryngoskop z wymiennymi łopatkami,</li><li>- worek samorozprężalny typu Ambu,</li><li>- rurki dotchawicze średnicy 6-9 mm,</li><li>- maski tlenowe jednorazowe,</li><li>- maskę tlenową do endoskopii oskrzeli lub gastrokopii,</li><li>- aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym,</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<p>b) sala wybudzeniowa wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- źródło tlenu,</li><li>- pulsoksymetr z pomiarem HR, SPO2 i wykresem fali tętna.</li></ul> <p><b>3. Pozostałe wymagania</b></p> <p>Zgłoszenie przez świadczeniodawcę wykrytych raków jelita grubego do regionalnego rejestru nowotworów lub do Krajowego Rejestru Nowotworów.</p>
--	--	--